

# **Przygotowanie pacjenta, a potem podanie kapsułki**

## **Podłączanie odbiornika**

Włącz odbiornik i podłącz przewody transmisyjne, sprawdź diody 'BAT' (Bateria) oraz 'INI' (Inicjacja) czy są włączone i palą się na zielono.

Dioda 'SIG' (Sygnał) powinna mrygać na czerwono, dając tym znać że kapsułka nie została jeszcze połknięta.

## **Zanim kapsułka zostanie połknięta**

Administrator 'Maxolon' oraz 'Infacol' (zaleca się aby oni administrowali kiedy pacjent przychodzi po raz pierwszy)

Sprawdź jeszcze raz wszystkie diody kontrolne odbiornika

## **Połykanie kapsułki**

Pokaż pacjentowi najlepszy sposób trzymania kapsułki, (użyj kapsułki demo) oraz pokaż jak ją aktywować poprzez dotyk, sprawdzając diodę 'SIG', która powinna zaświecić się na zielono.

## **Godzina po połknięciu kapsułki**

Zalecane jest aby godzinę przed połknięciem pacjent wypił około szklanki roztworu wodnego oraz po połknięciu kapsułki dla lepszej przejrzystości obrazu.

## **Podczas trwania procedury - Wyjaśnienia .....**

Pacjentom nie wolno niczego pić ani jeść oprócz wody przez pierwsze cztery godziny po połknięciu kapsułki.

Po upływie czterech godzin pacjenci mogą spożywać płyny takie jak zupy oraz brać lekarstwa.

Pacjent powinien pić szklankę wody na każdą godzinę podczas trwania procedury.

Dozwolona jest normalna codzienna aktywność z wyjątkiem ciężkiej i wyczerpującej pracy (ćwiczenia, podnoszenie ciężarów, itp.)

Unikać pomieszczeń z rezonansem magnetycznym (MRI), radiowych wieży transmisyjnych, kocy elektrycznych, itp. Bezpiecznie można korzystać z radia, zestawu audio oraz telefonów komórkowych.

Trzymać się z daleka od innych pacjentów, u których także trwa badanie kapsułką endoskopową.

Pozostaw odbiornik oraz kable transmisyjne włączone przez 12 godzin, po tym czasie można wyłączyć i użyć ponownie.

## **Po zakończeniu procedury – Wyjaśnienia...**

Pacjent nie może mieć badania rezonansem magnetycznym (MRI) przez następne 30 dni.

Dzień po zabiegu, jeśli lekarz tak zaleci, pacjent może zostać skierowany na prześwietlenie jamy brzusznej w celu zlokalizowania kapsułki endoskopowej.

Kapsułka jest wydalana w naturalnym 24 godzinnym procesie.

Kapsułka jest jednorazowego użycia i nie musi być oddawana, nie trzeba się przejmować jeśli po wydaleniu kapsułka nadal działa i świeci.